

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:

„Zakup , dostawa i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin, 64-400 Międzychód”

W imieniu Zamawiającego w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję , co następuje:

I. PYTANIE:

Czy zamawiający wymaga łóżka z zabudowanymi siłownikami?
Czy zamawiający dopuści łóżko o maksymalnym obciążeniu 200 kg?
Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją podudzia w zakresie 0-15 stopni?

ODPOWIEDŹ:

W specyfikacji nie mamy określonego dokładnie , czy siłowniki mają być zabudowane , czy też nie , wobec powyższego nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

W specyfikacji napisane jest ,że maksymalne obciążenie **do 215 kg** , czyli mieści się w normie łóżko o obciążeniu do **200 kg**.

W specyfikacji napisane ,że regulacja podudzia do 20 stopni, czyli 15 stopni mieści się we wskazanym zakresie.

II.PYTANIE

Czy zamawiający dopuści materace o wysokości większej niż 14 cm tj w zakresie wysokości 14-17 cm ?

ODPOWIEDŹ:


Odnosnie wysokości materaca , w specyfikacji wyszczególniona jest wyraźnie jedna wysokość (14 cm). Wobec powyższego nie mogę uwzględnić wysokości większej niż 14cm.

III. PYTANIE

Czy zamawiający dopuści materace dostosowane do wagi pacjenta maksymalnie do 130 kg?

ODPOWIEDŹ:

Dopuszcza się materac dostosowany do wagi pacjenta maksymalnie do 130 kg, gdyż w specyfikacji napisane jest maksymalnie do 140 kg, czyli mieści się w przedziale.


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Piłka-Zamyślin
mgr M. Pakula-Pieta