

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWIZ:

„ Zakup , dostawa i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami przeciwośleżynowymi dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin, 64-400 Międzychód”.

W imieniu Zamawiającego w związku z wnioskiem o udzielenie zapytania dotyczących treści ZIWZ podaję co następuje:

1. Czy zamawiający dopuści łóżko z leżem czterosegmentowym , z czego trzy segmenty ruchome?

Tak , zamawiający dopuści łóżko z leżem czterosegmentowym , z czego trzy segmenty będą ruchome.

2. Czy zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 185kg?

W specyfikacji:,,

i) dopuszczalne maksymalne obciążenie łóżka :do 215 kg."

Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 185kg.

3.Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-38 stopni oraz segmentem podudzia poruszającym się wraz z segmentem uda, bez możliwości jego ustawienia pod konkretnym kątem?

W specyfikacji:

"m) regulacja segmentu oparcia podudzi 0 do 20 stopni lub szerszy"

Zamawiającego interesuje konkretnie , aby regulacja segmentu oparcia podudzi nie była inna niż w specyfikacji i nie dopuszcza innych możliwości.

4.Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac o wymiarach 195x88x14.

W specyfikacji:

:c) wymiary : 20cm x 90 cm x 14 cm z badaniem klinicznym do III stopnia odleżyn lub IV stopnia odleżyn.

Zamawiający nie dopuszcza innych rozmiarów materaca.

5. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac gofrowy formowany materac gofrowy wykonany z wysokoplastycznej i niepalnej pianki HR- niedopasowujący się do kształtu ciała osoby?

W specyfikacji:

""- formowany materac gofrowy wykonany z wysokoplastycznej i niepalnej pianki HR;
- dopasowuje się do kształtu ciała osoby".

Zamawiający nie dopuści takiego materaca.

6. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac formowany piankowy wykonany z wysokoplastycznej i niepalnej pianki HR- dopasowujący się do kształtu osoby?

w Specyfikacji- j.w.

Jeżeli materac będzie również gofrowy , będzie dopuszczony taki materac , gdyż posiada pozostałe parametry.

7.Czy zamawiający dopuści łóżko , które segment podudzia ma regulowany manualnie?

W specyfikacji:

b)leże segmentowe z regulacją segmentów przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym, z czego cztery segmenty ruchome.

Zamawiający nie dopuści łóżka , którego segment regulacji podudzia regulowany jest manualnie.

8.Czy zamawiający dopuści łóżko o całkowitej nośności 200kg.?

W specyfikacji:

i) dopuszczalne maksymalne obciążenie łóżka do 215kg.

Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej nośności 200kg.

9.Czy zamawiający dopuści materac bez gofrowanej powierzchni(gładki)?

W specyfikacji:

-formowany materac gofrowany wykonany z wysokoplastycznej i niepalnej pianki HR,

Zamawiający nie dopuści materaca gładkiego.

10.

Materac pneumatyczny.

1. Czy zamawiający dopuści materac o nośności 130 kg?

2. Czy zamawiający dopuści materac chroniący do II stopnia zagrożenia odleżynami?

W specyfikacji:

-formowany materac gofrowy wykonany z wysokoplastycznej i niepalnej pianki HR,

Zamawiającemu nie chodzi o materac pneumatyczny.

Jeżeli byłby to materac wykonany z pianki , jak w specyfikacji , zamawiający dopuściłby nośność materaca do 130 kg, gdyż w specyfikacji jest maksymalnie do 140kg(chodzi tylko i wyłącznie o materace piankowe przeciwodleżynowe)

-

Zamawiający w specyfikacji zaznaczył ,że badanie kliniczne materaca do III lub IV stopnia odleżyn.

Zamawiający nie dopuści materaca chroniącego do II stopnia zagrożenia odleżynami.

11.Czy zamawiający wymaga materaca podkładowego oraz materaca pneumatycznego przeznaczonego dla pacjentów z odleżynami?

W specyfikacji:

-materac przeciwodleżynowy , gofrowy , wykonany z wysokoplastycznej i niepalnej pianki HR.

Dokładnie takie parametry interesują zamawiającego.

Żadne inne podkładowe , pneumatyczne materace nie są dopuszczalne.